

新乡市动物疫病预防控制中心 荧光 PCR 实验专用离心机采购询价公告

新乡市动物疫病预防控制中心因工作需要采购荧光 PCR 实验专用离心机 1 台，现对“荧光 PCR 实验专用离心机采购项目”进行询价，欢迎有意向并符合相应资质条件的供应商参加，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1. 项目名称：荧光 PCR 实验专用离心机采购项目；
2. 项目预算：2 万元（超过此预算的报价无效）；
3. 采购内容：采购荧光 PCR 实验专用离心机 1 台，具体参数要求：（1）最大相对离心力不小于 2000xg（12000rpm）；（2）最大容量 12x1.5mL/2.0mL 离心管；（3）铝制转子，无使用寿命限制，可高温高压灭菌，转子和转子盖耐化学腐蚀；（4）超静音运行，噪音水平低，从零加速至最高转速的时间低于 15 秒。

二、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 本项目不接受联合体；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

三、其他要求及说明

1. 报名资料：（1）供应商法人授权委托书（附法人代表身份证及被委托人身份证复印件）；（2）营业执照副本复印件；（3）银行开户许可证复印件；（4）参加政府采购活动近3年经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图（查询时间为公告发布之日起至报名截止日期间）；（6）售后服务承诺；（7）询价报价单，内容主要包括设备名称、品牌、规格、数量、单价、总价、保修期等信息，保修期不低于1年。

第（1）-（6）项资料，加盖公章，用档案袋签封（封口加盖公章），并在档案袋封面注明项目名称、供应商名称、联系人及联系方式；第（7）项资料加盖公章并单独密封，报价单密封袋封面注明“报价单”字样及供应商名称。

2. 供货时间：合同签订后，7个日历日内按合同要求完成交付。

3. 定标方式：询价小组对供应商资格条件进行审查，在符合询价文件全部实质性要求的前提下，开启询价报价单，以报价最低的供应商为成交供应商。

四、报名时间及方式

请有意向的供应商在2026年8月20日17:30前，将加盖

公章的报名表扫描件（见附件）发送至电子邮箱majian5062@126.com。以收到电子邮箱回复确认为报名成功；未报名成功的，不得参与询价。

请报名成功的供应商在2026年8月25日17:30前，将询价响应文件（正本1份，副本2份）及询价报价单报送到新乡市动物疫病预防控制中心。

五、联系方式

采购单位：新乡市动物疫病预防控制中心

联系人及电话：马健 0373-5086280 15690781929

地址：新乡市黄河大道45号



附件

荧光 PCR 实验专用离心机采购项目报名表

供应商名称（盖章）：

联系人姓名	职务	联系电话	备注